



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD
NIVEL DE ATENCIÓN SALUD MOVIL
FICHA TÉCNICA DE INSPECCIÓN



UNIDAD MOVIL GENERAL

Informe N°:

ENTIDAD DEL SISTEMA		CODIGO:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO		ZONA:	
NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL		DISTRITO DE SALUD:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO		NÚMERO DE RUC:	
TELÉFONO:		FECHA DE INSPECCIÓN:	

DIRECCIÓN			
ACTIVIDAD/ES		Establecimiento exclusivo	
	Atención de salud integral por ciclos de vida en el primer nivel de atención		
	Apoyo en la atención en situaciones de emergencia y desastres a nivel nacional		

TRÁMITE	☒	
Nuevo Permiso de Funcionamiento		
Renovación de Permiso de Funcionamiento		

MARCAR CON UN VISTO SEGÚN CORRESPONDA

ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

AMBIENTES		Si	No	Observaciones
Habitáculo para el operador del vehículo de la unidad móvil general	Asiento para operador (sistema de fijación de seguridad, espaldar y apoya cabezas)			
	Asiento para acompañante (sistema de fijación de seguridad, espaldar y apoya cabezas)			
	Compartimento trasero para pasajeros Asiento para acompañantes (sistema de fijación de seguridad, espaldar y apoya cabezas) (opcional)			
	Airbag (doble en vehículos 2014 en adelante) (opcional)			
	Extintor PQS (mínimo 5 lb.)			
	Extintor CO ₂ (mínimo 5 lb.)			
Habitáculo asistencial de atención en salud	Asientos para médico, odontólogo, psicólogo, enfermera u obstetra en caso de haber la prestación.			
	Puertas laterales de acceso funcional (puerta unica o por consultorio/ambiente)			
	Soporte para equipamiento médico y odontológico			
	Meson o escritorio de trabajo, fijo a la estructura para atención médica, odontológica y psicológica			
	Equipo de computación portátil			
	Gabinets con seguro en cada uno de los consultorios/ambientes			
	Fregadero en los consultorios de odontología y medicina			
	Iluminación artificial en el techo			
	Aire acondicionado			

AMBIENTES		Si	No	Observaciones
Habitáculo asistencial de atención en salud	Sistema de ventilación de ambiente			
	Sistema extractor de olores			
	Altura habitáculo (mínima 2,20 metros, medidos desde el piso hasta el cielo raso)			
	Dispensador de papel			
	Dispensador de jabón líquido			
	Set de desechos			
Comunicación	Equipo de amplificación y micrófono en la cabina del operador, puerto y equipo de comunicación.			
	Bocinas en las partes laterales superior externa del habitáculo asistencial.			
Sistema eléctrico	Convertidor de energía de 12 V a 110 o 220 AC			
	Diagrama (gráfico de conexiones eléctricas)			
	Alimentación eléctrica que deberá ser con conectores nema L14-30R para 110 V/220 V colocados con (UL) STW 3/C 6 AWG + 1/C 8 AWG 60°C VW1 600V 50 A de 20 a 50 metros de longitud, que llega al tablero eléctrico interno, con cantidad suficiente de protectores térmicos polarizados de mínimo 20 A cada uno.			
	Tomas eléctricas para conexión de equipo biomédico en los compartimentos de atención médica, odontológica, psicología u obstetricia en caso de haber prestación			
	Generador eléctrico a diésel mínimo de 25 kW.			
Sistema sanitario	Tanque reservorio de agua pura, tubería de PVC, grifos para lavamanos, sistema de llenado y descarga de agua, sistema hidroneumático para distribución. Manguera de jardín de 20 metros.			
	Tanque de acero para aguas negras con un sistema de válvulas ajustable para descarga, una manguera con reducción a una pulgada para desfogue en alcantarilla.			
Visibilidad (Según Manual de identidad visual señalética del MSP)	Señalética exterior: Logo de la institución en las puertas laterales del compartimento del operador.			
	Señalética exterior a los costados y parte posterior del habitáculo asistencial: Logo y/o nombre de la institución a la que pertenece y en la parte superior nombre de la unidad móvil. Señalética interior: Nombre de los consultorios.			
	Señalética interior: Rótulos de los consultorios.			
Herramientas del vehículo	Kit completo de herramientas del vehículo de acuerdo a la normativa de la ANT.			
EQUIPAMIENTO MÉDICO				
EQUIPOS		Si	No	Observaciones
Consultorio Médico	Fonendoscopio			
	Tensiómetro y brazaletes de adulto			
	Tensiómetro y brazaletes pediátrico			
	Hemoglobínómetro			
	Glucómetro			
	Oxímetro de pulso			
	Sistema BVM - Bolsa de resucitación cardio pulmonar (adulto y pediátrico)			

EQUIPOS		Si	No	Observaciones		
Consultorio Médico	Set de diagnóstico médico					
	Laringoscopio (mango, hojas rectas y curvas)					
	Termómetro digital					
	Equipo de sutura					
	Equipo de curación					
	Equipo de red de frío inmunizaciones (refrigeradora o termo para vacunas)					
	Botiquin (stock mínimo de medicamenrtos y dispositivos médicos)					
	Sistema de Oxígeno: Cilindro de Oxígeno de 1 m3, con soporte y seguro, ubicado en el consultorio médico, manometro con flujometro, humidificador y mascarillas adulto y pediátrico					
	Balanza con tallímetro					
	Lámpara cuello de ganso					
	Porta suero empotrado o fijo					
Consultorio Odontológico	Sillón odontológico con escupidera					
	Turbina de alta velocidad					
	Micromotor de baja velocidad					
	Trimodular					
	Compresor					
	Lámpara de luz fría					
	Lámpara de luz halógena					
	Esterilizador en seco					
	Instrumental de profilaxis, diagnóstico y tratamiento odontológico					
CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO						
Estructura General		Si	No	Observaciones		
Pisos: Piso de material vinílico en rollo, protección anti flama y de seguridad, alto tráfico y con protección a microorganismos y de fácil limpieza.						
Paredes: Impermeables, sin óxido, acabado liso de fácil limpieza, colores claros, anclajes fijos para equipos						
Techo: Impermeables, sin óxido, de fácil limpieza, colores claros						
Puertas y Ventanas: Con superficies lisas de fácil limpieza. Estructura y materiales resistentes. Vidrios de Seguridad.						
Escalerilla de ingreso, exterior, ubicada en la parte lateral derecha del habitáculo asistencial con seguridades para subir a la unidad (barandilla).						
DOCUMENTOS	Sí	No	NORMAS DE BIOSEGURIDAD	Si	No	Observaciomes
Copia de RUC de la institución en la cual pertenece la unidad			Equipos de Protección (gafas, guantes de manejo, mascarilla, mandil de protección, etc).			
Copia de los títulos profesionales del/los responsable/s técnico/s registrados en el SENESCYT y MSP			Equipos de Protección (guantes de manejo, mascarilla, mandil de protección, etc).			
Licencia tipo E de los operadores del vehículo de la unidad móvil						
Certificado institucional de conductor con experiencia en operar vehículos de unidades móviles de salud mínimo 2 años.						
Certificado del fabricante original (*)						
Certificado del constructor etapa final (**)						
Documento que certifique que el vehículo tiene menos de 30 años (***)						

CUMPLE	Si	No

COMISIÓN TÉCNICA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
LIDER DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN			

NOTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO INPECCIONADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA

OBSERVACIONES: _____

*Certificado original del fabricante del vehículo: Documento en el cual el fabricante autoriza al constructor de vehículos sanitarios la modificación del chasis para unidades adquiridas a partir del 2015.
**Certificado del constructor de vehículo sanitario en su etapa final: Documento en el cual el constructor en la etapa final del vehículo sanitario, establece la norma utilizada (Norma ISO 9001 para los procesos de producción en la fabricación) para construir una unidad móvil sobre el chasis del fabricante del vehículo asignado, a partir del año 2015.
***Documento que certifique el año de fabricación del vehículo (RAMV emitido por la CAE o matrícula, etc), a partir del año 2015.

